

惠而浦（中国）股份有限公司

关于方兴园区污水在线监控系统运行异常的报告

合肥高新区环保分局：

接贵局通知，10月15日早8时，我公司方兴大道园区污水在线监控系统氨氮数值显示异常。我方当即通知第三方运维服务单位安徽省碧水电子有限公司安排技术人员前来协助排查。经查明，主因是污水总排放口异物集聚较多，氨氮在线分析仪吸入异物，导致在线监测数值显示异常。经碧水技术人员对系统进行全面清洗、维护后，仪器恢复使用，数值显示正常。

特此报告。

惠而浦（中国）股份有限公司

2019年10月15日

